

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



فرم ارزیابی کیت های مورد استفاده		
تاریخ: ۱۴۰۲/۲/۲۳	ویرایش: ۱	
بخش: کنترل کیفیت	گروه: معرف ها و مواد مصرفی	

برگه ارزیابی کیت های مورد استفاده

بخش استفاده کننده از کیت:		شرکت تولید/تامین:	نام کیت:
امتیاز کسب شده	حداکثر امتیاز*	شاخص مورد ارزیابی	ردیف
	۳	تهیه و دستیابی آسان کیت	۱
	۳	صرفه اقتصادی کیت	۲
	۳	میزان نیاز آزمایش	۳
	۵	آسان بودن شرایط نگهداری	۴
	۵	پایداری کیت	۵
	۷	سهولت کار با کیت	۶
	۶	همخوانی با امکانات موجود در آزمایشگاه	۷
	۳	کیفیت بسته بندی	۸
	۵	کافی بودن محلول های موجود در کیت	۹
	۱۰	ارجح بودن روش آزمایش کیت	۱۰
	-	**تطبیق قابل تشخیص با نیاز آزمایشگاه	۱۱
	-	**میزان اختصاصیت کیت	۱۲
	-	**میزان حساسیت کیت	۱۳
	-	**میزان تکرار پذیری	۱۴
	-	**مطابقت داشتن CV ادعایی کیت با CV مجاز آزمایشگاه	۱۵
	-	**تطبیق محدوده خطیبا محدوده مورد نیاز آزمایشگاه	۱۶
	-	**محدوده وجود هوک و پروزون	۱۷

*آزمایشگاه بایستی نحوه امتیازدهی در این برگه را برای پرسنل تشریح نماید.
 **گزینه ایی که با علامت * مشخص شده‌اند. در صورتی که غیرقابل قبول و نامطلوب باشند، منجر به مردود شدن کلی کیت خواهد بود.

آدرس: خیابان ابن سینا نبش سنبلستان
 تلفن: ۰۳۱۳۴۴۷۶۰۶۰