

مشخصات کیت های کلرسنجی مورد استفاده در بیمارستان ها

با توجه استعلام یکسری از شرکت ها و بعضاً "بیمارستان های استان در خصوص تهیه کیت کلرسنج سنجش کیفیت آب آشامیدنی مورد تایید باستحضار می رساند هرکیتی که مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع را داشته یا دارای مشخصات زیر می تواند بعنوان یک گزینه مد نظر قرار گیرد. در ضمن با توجه به تنوع کیت های کلرسنج در بازار ، لیست برخی از شرکت های مورد تایید جهت بهره برداری لازم حضورتان ارسال می گردد. همچنین در صورت درخواست بیمارستان ها مبنی بر صدور تأییدیه جهت کیت های کلرسنجی ، این معاونت پس از بازدید کیت و بررسی میزان دقت و صحت داده ها نسبت به صدور تأییدیه اقدام می نماید.

مشخصات کیت های کلرسنجی

- روش سنجش DPD
 - قابلیت سنجش کلر آزاد باقیمانده در محدوده صفر تا ۳ میلی گرم در لیتر
 - امکان سنجش همزمان کلر باقیمانده و PH در یک کیت
 - درجه بندی کیت برای نمایش اعداد استاندارد ۰/۲- ۰/۵- ۰/۸- ۱- ۱/۵- ۲ و ۳
 - ظاهر کیت شفاف ، دارای تمایز طیف رنگ بندی و قابل تشخیص
 - بسته بندی سبک و قابل حمل
 - درجه بندی کیت ترجیحاً با فواصل ۰/۲
 - معرف مصرفی ترجیحاً به صورت قرص
 - قابلیت اندازه گیری PH در محدوده ۶/۵ تا ۹
 - وجود دستورالعمل و روش کار روی بسته بندی و یا در داخل آن به زبان فارسی
- اسامی شرکت ها :

- ۱) کیت کلرسنج دیجیتال محصول شرکت هک لانگه
- ۲) کیت کلرسنج دیجیتال محصول شرکت بهین آب زنده رود
- ۳) کیت کلرسنج از نوع کالردیسک
- ۴) کیت کلرسنج تیتراسیون محصول شرکت بهین آب زنده رود
- ۵) کیت کلرسنج چشمی محصول شرکت واهب
- ۶) کیت کلرسنج چشمی محصول شرکت پالین تست تحت عنوان پول تستر
- ۷) کیت کلرسنج دیجیتال محصول شرکت پالین تست